




รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องตรวจวัดสัญญาณชีพ


1. เป็นเครื่องตรวจวัดสัญญาณชีพ สามารถรองรับการทำงานได้ ดังนี้
 - 1.1 ภาวะการเฝ้าติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG)
 - 1.2 ภาวะการวัดค่าความดันโลหิตชนิดภายนอก (NIBP)
 - 1.3 ภาวะการวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2)
 - 1.4 ภาวะการวัดการหายใจ (Respiration)
2. หน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว แสดงผลเป็นแบบจอสีความชัดสูง
3. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต ได้
4. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด
5. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
6. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานแก่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้
7. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
8. ส่งมอบและทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



.....ประธานคณะกรรมการ
(นายไพโรจน์ อึ้งอโภาส)



.....กรรมการ
(นางสาวภัทรีน อโภาสชัยทัตต์)



.....กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)



.....กรรมการ
(นางจรียา บุญจรัชชะ)


.....กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)


.....กรรมการ
(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)


.....กรรมการ
(นายนฤเบศ เนินทอง)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นายกิตติพงษ์ ศิริสุธานันท์)


.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายสราวุธ ชูกระชั้น)