


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องตีบดผสมตัวอย่าง (Stomacher) ขนาด 3,500 มิลลิลิตร


1. เป็นเครื่องที่ใช้ตีบดผสมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ทางด้านจุลชีววิทยาอาหาร
2. มีปุ่มกดสำหรับตั้งค่าการทำงานความเร็วรอบและเวลา
3. สามารถปรับตั้งค่าอัตราการบดได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ
4. สามารถใส่ตัวอย่างปริมาตรสูงสุดไม่น้อยกว่า 3,500 มิลลิลิตร
5. สามารถใช้งานร่วมกับถุงพลาสติกอย่างหนาที่ใช้บรรจุตัวอย่างเนื้อสัตว์ได้
6. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต ได้
7. มีคู่มือการใช้งานและการดูแลรักษาเครื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด
8. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
9. รับประกันคุณภาพ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
10. ตรวจสอบสภาพเครื่อง ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี ตลอดอายุการรับประกัน โดยไม่คิดค่าบริการ
11. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขาย และการจัดหาอะไหล่ ของเครื่อง
12. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
13. ส่งมอบและทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด





.....ประธานคณะกรรมการ
(นายไพโรจน์ อ่างโสภาส)



.....กรรมการ
(นางสาวภัทริน โอภาสชัยหัตต์)



.....กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)



.....กรรมการ
(นางจริยา บุญจรัสชชะ)


.....กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)


.....กรรมการ
(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)


.....กรรมการ
(นายณตเบศ เนินทอง)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นายกิตติพงศ์ ศิริสุทธานันท์)


.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายสรawat ชูกระชั้น)

